

GuangDong YiDao Medical Technology Co.,Ltd.

Room 302, Building 2, No.1, Lane 1, Xiju Road Hengli, Dongguan City, Guangdong Province, P.R. China

SCHEDA TECNICA

CE 0370

YD-003 - Mascherina protettiva FFP3



CARATTERISTICHE TECNICHE

Indicazioni	Mascherina protettiva FFP3 NR (monouso) senza valvola di esalazione
Metodo di fissaggio	Anse auricolari elastiche
Tipologia	5 strati: 1° strato 50g tessuto non tessuto-S 2° strato 25g tessuto soffiato a fusione-99% 3° strato 25g tessuto soffiato a fusione-99% 4° strato 25g tessuto soffiato a fusione-99% 5° strato 30g 3S tessuto non tessuto
Taglia	Adult:16.0 x 11.0 cm
Peso	6g
Colore	Bianco
Modello	YD-003
Conformità alle Normative	Regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale - DPI di Categoria III Certificato nr. 0370-4095-PPE/B (Organismo Notificato #0370) Norma tecnica EN 149:2001/A1:2009

CONFEZIONAMENTO

Confezionamento	Confezionata singolarmente in busta PE - 25 pezzi per scatola
Conservazione	Temperatura:-10 ÷ +40°C, umidità relativa (RH): 20% ÷ 85%
Scadenza	2 anni dalla data di produzione indicata sulla confezione. Prodotto non sterile.

DESCRIZIONE

- Filtrante facciale FFP3
- DPI di categoria III (EN 149:2001/A1:2009)
- Preconformata con lacci elastici
- Senza valvola di esalazione
- Resistente ai fluidi, antipolvere, antivento, mantiene il calore
- Buona traspirazione
- Nasello regolabile
- Pressione delicata sulla pelle
- Non contiene lattice



Notified Body No. 0370



No. **0370-4095-PPE/B**

CERTIFICADO DE EXAMEN UE DE TIPO EU-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

ORGANISMO NOTIFICADO N° <i>NOTIFIED BODY NUMBER</i>	0370 - LGAI TECHNOLOGICAL CENTER (APPLUS)
SOLICITANTE <i>APPLICANT</i>	Guangdong YiDao Medical Technology Co., Ltd. Room 302, Building 2, No.1, Lane 1, Xiju Road Hengli, Dongguan City, Guangdong Province, P.R. CHINA
FABRICANTE <i>MANUFACTURER</i>	Guangdong YiDao Medical Technology Co., Ltd. Room 302, Building 2, No.1, Lane 1, Xiju Road Hengli, Dongguan City, Guangdong Province, P.R. CHINA
REGLAMENTO DE APLICACIÓN PARA DAR LA CONFORMIDAD / APPLICABLE REGULATION TO GIVE CONFORMITY: REGLAMENTO (UE) 2016/425 SOBRE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL <i>REGULATION (EU) 2016/425 PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT</i>	
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD <i>CONFORMITY ASSESSMENT PROCEDURE</i>	Módulo // <i>Module</i> : B EXAMEN UE DE TIPO / EU TYPE EXAMINATION
IDENTIFICACIÓN DEL EPI (NÚMERO DE TIPO) <i>IDENTIFICATION OF THE PPE (TYPE NUMBER)</i>	YD-003 Disposable mask
NIVEL O NIVELES DE RENDIMIENTO O LA CLASE DE PROTECCIÓN DEL EPI / PERFORMANCE LEVEL OR PROTECTION CLASS OF THE PPE	FFP3 NR
NORMAS ARMONIZADAS / HARMONISED STANDARDS	EN 149:2001 + A1:2009 Dispositivos de protección respiratoria. Medias máscaras filtrantes de protección contra partículas. Requisitos, ensayos, marcado. <i>EN 149:2001 + A1:2009 Respiratory protective devices. Filtering half masks to protect against particles. Requirements, testing, marking</i>
FECHA DE EMISIÓN / ISSUE DATE	24/07/2020
VALIDEZ HASTA / VALIDITY UNTIL	24/07/2025

El presente certificado se mantendrá vigente durante 5 años siempre que el producto descrito no sea modificado y cumpla los requisitos esenciales de salud y seguridad establecidos en el Reglamento (UE) 2016/425. Para asegurar dicho cumplimiento, este certificado deberá ir acompañado de la documentación correspondiente a la Evaluación de Conformidad con el tipo según módulo C2, D (realizada por un Organismo Notificado, según frecuencia establecida).

This certificate will remain valid for 5 years as long as the indicated product is not modified and fulfills the essential requirements of health and safety established in (EU) Regulation 2016/425. To ensure such compliance, this certificate must be accompanied by the documentation corresponding to the Conformity Assessment to type according to C2, D(carried out by a Notified Body according to the established frequency).


LGAi Technological Center, S.A.
Xavier Ruiz Peña
Managing Director, Product Conformity B.U.



Este documento carece de validez sin su anexo técnico, cuyo número coincide con el del certificado.

This document is not valid without its technical annex, whose number coincides with the number of certificate.

Puede comprobarse la validez de este certificado en nuestra página web / You can check the validity of this certificate into our website at
<https://apps.applus.com/microsites/microsites/FECIP/login>

ANEXO TÉCNICO

TECHNICAL ANNEX

0370-4095-PPE/B

I. MODELOS INCLUIDOS EN EL CERTIFICADO

REFERENCES INCLUDED IN THIS CERTIFICATE

MARCA <i>BRAND</i>	YPHD
IDENTIFICACIÓN DEL EPI (NÚMERO DE TIPO) <i>IDENTIFICATION OF THE PPE (TYPE NUMBER)</i>	YD-003 Disposable mask
NIVEL O NIVELES DE RENDIMIENTO O LA CLASE DE PROTECCIÓN DEL EPI <i>PERFORMANCE LEVEL OR PROTECTION CLASS OF THE PPE</i>	FFP3 NR
INFORME DE ENSAYO <i>TEST REPORT</i>	S20061201301E-R4 issued by Shenzhen NTEK Testing Technology Co., Ltd.